



Nova Friburgo, RJ, 09 de agosto de 2022.

**OFÍCIO PGM.REE Nº. 560/22**

**Processo Administrativo nº 18442/22 (RI 263/2022)**

**Ofício nº 096/SEC/2022**

De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Johnny Maycon Cordeiro Ribeiro, acusamos o recebimento do expediente acima mencionado.

Em virtude das informações requisitadas pela Câmara Municipal de Nova Friburgo através do Requerimento de Informações nº 263/2022, estamos encaminhando cópias do material apresentado pela Secretaria, conforme documento anexo, para as considerações de estilo.

Respeitosamente,

**João Paulo Figueiró dos Santos**  
**Procurador-Geral do Município**  
**Matrícula 63.010**

Ao Excelentíssimo Senhor  
Wellington Moreira  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo - RJ  
Em Mãos.



Estado do RIO DE JANEIRO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

Processo nº: 0018422/2022

Data: 14/07/2022

Folha nº: 09 Rubrica:

### COMPROVANTE DE DESPACHO

#### ORIGEM

REMESSA **000001352**

Local (Setor) **GABINETE SAUDE**

Data e Hora **14/07/2022 17:54:40**

Enviado Por **RAFAEL DURANS BARROS**

Setor de Origem **GABINETE SAUDE**

Despacho Encaminho os autos à Direção do Hospital Municipal Raul Sertã para ciência e manifestação da Subsecretaria de Atenção Hospitalar sobre o caso em tela.  
Sem mais, para prosseguimento.

#### PROTOCOLO(S)

##### Processo

Processo, REQUERIMENTO. Nº 018422/2022 - Externo

##### Requerente

CAMARA MUNICIPAL DE N. FRIBURGO

##### Assunto

OFICIO CAMARA MUNICIPAL - APOIO ADM / ASSES. - SEC. EDUCAÇÃO

Rafael Durans Barros  
Secretaria de Saúde  
Mat. 062.723

#### RECEBIMENTO

Local (Setor) **APOIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

NOVA FRIBURGO, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

APOIO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nova Friburgo, 05 de agosto de 2022

MEMO DIREÇÃO/HMRS Nº364/22

**À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO  
DEPARTAMENTO JURÍDICO**

PROCESSO Nº	47422/22
DATA	____/____/____
FOLHAS Nº	10
RUBRICA	Rev

**Assunto: Processo nº 18422/22 - Requerimento de Informação nº 263/2022 - sobre o setor de radiologia**

Prezado Senhor,

Considerando que o Hospital Municipal Raul Sertã é um hospital de médio porte, com classificação de complexidade nível III, apresentando-se como um dos polos da Região Serrana, atendendo diretamente e indiretamente 16 (dezesesseis) municípios, além de manter padrão "porta aberta" emergencial com alta demanda diária sem distinção regional e/ou de outra natureza.

Considerando que as atividades realizadas nesta instituição são estabelecidas de modo multi e transdisciplinar, o que contribui para que ações se complementem e tenham como foco o aprimoramento contínuo da qualidade da assistência prestada ao paciente.

Considerando que todo setor é considerado essencial ao funcionamento deste nosocômio e neste contexto obviamente está incluído o setor de Raio X do Hospital é que apresentamos o que abaixo se segue e que acreditamos responder o constante no Requerimento de Informações que ora se apresenta.

Com relação a estrutura física , a gestão vem envidando todos os esforços para a melhoria do Setor, e acreditamos que nos próximos meses já teremos avançado na questão.

Importante frisar que os protocolos para conter a radiação inclusive com a utilização de dosímetros são devidamente observados por essa Instituição de Saúde.

No que se refere ao descarte de resíduos, esse nosocômio prima pelo cumprimento às normas de segurança estabelecidas para o procedimento que consiste

na coleta dos resíduos diretamente em galões apropriados, recolhidos por empresa especializada.

PROCESSO Nº 27022/20  
DATA / /  
FOLHAS Nº 11 RUBRICA

Importante colocar que até o presente momento não houve por parte dos usuários reclamações oficiais referentes a qualidade dos exames realizados.

Tal assertiva não significa que vez ou outra carece a repetição de realização do exame, prática considerada usual no serviço aqui tratado.

Anexamos Ordens de Serviço de Empresa de Manutenção constando verificações, calibrações e aptidão dos aparelhos de RX para funcionamento.

O Hospital possui uma CR ( Radiologia Computadorizada) recebida em Agosto de 2021. Quando da assunção dessa Direção em Dezembro de 2021 pôde-se observar que para instalação e funcionamento da mesma era necessário o preparo do local, aquisição de estabilizador, de cabos e afins, instalação de programa para o devido funcionamento bem como treinamento e application pela empresa.

Segundo informações obtidas, o efetivo funcionamento da CR deve ser iniciado nos próximos dias.

Os itens 8 e 9 deverão ser solicitados a Secretaria Municipal de Saúde uma vez que não possuímos todas as informações a respeito dos processos em andamento.

Acreditando ter atendido o proposto no momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

Antonio Carlos Sant' Ana  
DIRETOR GERAL HMRS  
MATRÍCULA 207630

Direção Geral - HMRS

PROCESSO Nº	49.232/23
DATA	/ /
FOLHAS Nº	12
HUBRICA	live

## Hospital Municipal Raul Sertã

### Parecer Técnico

#### 1- Objetivo

O presente relatório tem por objetivo apresentar as condições estruturais e de uso, referente aos seguintes equipamentos:

Equipamentos	Marca	Modelo	N.Série
PROCESSADORA	MACROTEC	MX2	01106465
PROCESSADORA	MACROTEC	MX2	05126970

#### 2-Condições atuais de funcionamento.

As duas processadoras automática Macrotec MX-2 do Hospital Municipal Raul Sertã se encontram sem limitações operacionais. A equipe técnica da Tecnomed realizou os seguintes testes necessário para verificar a sobreposições dos filmes que é o chamado recorrente para equipe de manutenção.

- Conexão das engrenagens com os rolos;
- Fixação dos pinos dos eixos nos rolos;
- Fixação correta das guias;
- Colocação das molas ;
- Bom estado das buchas;
- A existência de todas as travas dos pinos;
- Se o conjunto gira livremente;

Todos esses testes foram realizado de acordo com o manual da Macrotec MX-2, não apresentando nenhuma falha nos componetes testados.

A condição da solução do fixador quanto à saturação ou a contaminação pode mudar o estado ideal do filme para que se mantenha a espessura e a aderência dentro dos limites aceitáveis para que não interfiram no processo de transporte.



Av Iobo Júnior 688 Parte - Penha circular, RJ - CEP 21020-125

21 99603-0309, 97255-0973 - 99605-3515

[tecnomed@tecnomed.one](mailto:tecnomed@tecnomed.one)

[www.tecnomed.one](http://www.tecnomed.one)

CNPJ 11.922.238/0001-90 - IPEM-RJ 70000543 - CREA 2015201763


PROCESSO Nº	39632/53
CAIA	
FOLHAS Nº	13 RUBRICA

### 3-Reparo x Viabilidade


A equipe técnica da Tecnomed tem realizado constantes verificações e manutenções nas duas processadoras automáticas Macrotec MX-2 que se encontram na unidade, Com isso o equipamento se encontra apto para o uso de trabalho tendo ainda um bom custo benefício.

### 4-Considerações finais

Diante do exposto orientamos a troca da substância química e que seja armazenado em um ambiente adequado. Ademais, é necessário que o técnico operador observe para caso haja algum problema no transporte e não continue inserindo de forma continua os filmes.

  
Responsável pelo envio:  
Engº YURI GOMES  
Engenharia Clínica  
CREA: 2012118826

Protocolo Nº 48422/22  
 DATA / /  
 FOLHAS Nº 14 RUBRICA RUC



Nº do Chamado

3880351

Área e Ópe

Digital - Outros

Descrição

Reinstalação do software

Local

FMS DE NOVA FRIBURGO (HOSP. RAUL SERTÃ) - Geral

Observações

Refeitos software CS7 e windows, versão 1.37, após testes ok.

Estado

Pausado

Prioridade



Normal

Reportada em

03-08-2022 15:09:05

Aprovada em

04-08-2022 09:27:35

Data de início

04-08-2022 09:27:35

Pausada em

04-08-2022 09:34:08

CRIADO POR

TX MED

Endereço

Rua Montevideu, 647 - Penha  
 Rio de Janeiro - RJ | CEP 21020-290

Site

<http://www.txmed.com.br/>

Email

[contato@txmed.com.br](mailto:contato@txmed.com.br)

Telefone

(21) 2560-5436

CLIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO (3487)

Endereço

AV. ALBERTO BRAUNE, 224 ANDAR 2 SALA 221  
 28613-000  
 NOVA FRIBURGO

EDIFÍCIO

FMS DE NOVA FRIBURGO (HOSP. RAUL SERTÃ)

Endereço

Hospital Municipal Raul Sertã, 324, Rua General Osório, Nova Friburgo, Região Geográfica Imediata de Nova Friburgo, Região Geográfica Intermediária de Petrópolis, Rio de Janeiro, Região Sudeste, 28625-630, Brasil  
 NOVA FRIBURGO

ATIVOS

LOCAL (GERAL)

Nome

FMS DE NOVA FRIBURGO (HOSP. RAUL SERTÃ) - GERAL

TAREFAS

EQUIPAMENTO (RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA)

Funcionando



Tipo

RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Local

FMS DE NOVA FRIBURGO (HOSP. RAUL SERTÃ) - GERAL

Código

SEM CÓDIGO

Observações

CR REGIUS 110HQ SERIAL 0404-60692

TAREFAS

At. Marca

Konica

AZ. Modelo

REGIUS 110HQ

A3. Nº de Série


0404-60692

TAREFAS

Processo Nº 10400/00  
DATA \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
FOLHAS Nº 13 RUBRICA DE



FICHEIROS



RESPONSÁVEIS



TEC. DIGITAL TXMED  
tec.digital@txmed.com.br  
(21) 2560-6433  
(21) 25104-1913

HISTÓRICO

- TEC. DIGITAL TXMED criou um Chamado.  
02-09-2022 15:29:05
- LEANDRO BORGES DE SÁ aprovou o Chamado.  
04-09-2022 09:27:52
- LEANDRO BORGES DE SÁ iniciou o Chamado.  
04-09-2022 09:27:55
- Chamado pausado automaticamente por não haver eventos ativos.  
04-09-2022 09:28:08
- LEANDRO BORGES DE SÁ enviou relatório para tecnomed@tecnomed.ene.  
04-09-2022 09:28:42

ESTATÍSTICAS DO CHAMADO

Tempo total  
6 minutos 33 segundos

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Processo N° 19405/2022  
DATA \_\_\_\_\_  
FOLHAS N° 02 de 01 (A. Ser)



# RX Service

Assistência Técnica LTDA  
CNPJ: 26.995.965/0001-55

21 96959-9788 / 21 4105-9100  
wagnerrxservice@gmail.com  
www.rxservicertj.com

## ORDEM DE SERVIÇO

Data: 19-07-2022

### CLIENTE

NOME: Hospital Municipal Raul Sertã.  
CNPJ:  
TELEFONE:  
EQUIPAMENTO: RX Philips Compacto Plus  
SÉRIE: Sala 1  
DEFEITO: Manutenção preventiva e corretiva.

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Foi feito a verificação do equipamento de acordo com as normas do fabricante.  
Feito a calibração das constantes radiológicas.  
O equipamento encontra-se apto para uso.

**RX SERVICE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA LTDA. – ME**  
**WAGNER SANTOS**  
CREA 2006110054  
*Wagner Santos da Costa*

Ciente,



# RX Service

Assistência Técnica LTDA  
CNPJ: 26.995.965/0001-55

21 96959-9788 / 21 4105-9100

wagnerrxservice@gmail.com

www.rxservicerj.com

## ORDEM DE SERVIÇO

Data: 19-07-2022

### CLIENTE

NOME: Hospital Municipal Raul Sertã.

CNPJ:

TELEFONE:

EQUIPAMENTO: RX Philips Compacto Plus

SÉRIE: Sala 2

DEFEITO: Manutenção preventiva e corretiva:

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Foi feito a verificação do equipamento de acordo com as normas do fabricante.

Feito a calibração das constantes radiológicas.

O equipamento encontra-se apto para uso.

RX SERVICE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA LTDA. - ME

WAGNER SANTOS  
CREA 2006110054

*Wagner Santos da Silva*

Ciente,



# RX Service

Assistência Técnica LTDA  
CNPJ: 26.995.965/0001-55

21 96959-9788 / 21 4105-9100

wagnerrxservice@gmail.com

www.rxserviceerj.com

07/20/22  
Data: 19-07-2022

## ORDEN DE SERVIÇO

Data: 19-07-2022

### CLIENTE

NOME: Hospital Municipal Raul Sertã.

CNPJ:

TELEFONE:

EQUIPAMENTO: RX Shimadzu Radspeed

SÉRIE: Sala 3

DEFEITO: Manutenção preventiva e corretiva.

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Foi feito a verificação do equipamento de acordo com as normas do fabricante.

Feito a calibração das constantes radiológicas.

O equipamento encontra-se apto para uso.

RX SERVICE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA LTDA. – ME

WAGNER SANTOS  
CREA 2006110054

*Wagner Santos da Silva*

Ciente,



# RX Service

Assistência Técnica LTDA  
CNPJ: 26.995.965/0001-55

21 96959-9788 / 21 4105-9100

wagnerrxservic@gmail.com

www.rxservicerj.com

## ORDEM DE SERVIÇO

Data: 19-07-2022

### CLIENTE

NOME: Hospital Municipal Raul Sertã.

CNPJ:

TELEFONE:

EQUIPAMENTO: Processadora Macrotec MX-2.

SÉRIE: SI

DEFEITO: Manutenção preventiva e corretiva.

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Foi feito a verificação do equipamento de acordo com as normas do fabricante.

O equipamento encontra-se apto para uso.

RX SERVICE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA LTDA. – ME

WAGNER SANTOS  
CREA 2006110054


*Wagner Santos*

Ciente,

### DESPACHO

Considerando o solicitado nos itens 8 e 9 do Requerimento de Informação às fls. 06/07, informamos que encontra-se em tramitação, na fase de pesquisa de mercado, o processo administrativo nº8004/2020 oriundo de emenda parlamentar, referente a proposta cadastrada de nº28606.630000/1100-03, contemplando a aquisição de 02 Aparelhos de Raios-X fixo para o Hospital Municipal Raul Sertã.

Nova Friburgo, 08 de agosto de 2022.

  
Erica Ribeiro de Freitas Borges

Captação de Recursos e Planejamento em Saúde

Mat. 115.268

Memorando 839GAB/SMS/ 2022

Nova Friburgo, 08 de agosto de 2022

De: Gabinete da Secretaria de Saúde  
Para: Procuradoria-Geral do Município – Expediente Externo


Assunto: Requerimento de Informação nº 263/ 2022

Nº Proc. 18922/22  
Rubrica F Folha 21

Prezados,

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao Requerimento de Informação em epígrafe, de autoria da Vereadora Priscilla Pitta, segue manifestação do Hospital Municipal Raul Sertã bem como da Captação de Recursos e Planejamento em Saúde para ciência e providências por parte dessa respeitada Procuradoria.

Desde já, renovo votos de estima e de elevada consideração, estando à disposição.

  
Nicole Ribeiro Lessa Cipriano  
Secretária de Saúde  
Mat. 106.137